

PRİMER ANTİKOR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Teklif edilen antikorlar patoloji laboratuvarında formalin fiske parafine gömülü dokularda immünohistokimya uygulamasına uygun olmalıdır. Bu özellikler kataloglarda ve ürün datasheetlerinde açık olarak belirtilmiş olmalıdır.
 2. Primer antikorların tamamı sıvı, 5 - 7 ml 'lik ambalajlarda, kullanıma hazır formda olmalıdır.
 3. Orijinal ambalajında etiketli olarak bulunmalıdır. Etiketinde üretici firma bilgileri, lot no, son kullanma tarihi ve IVD/CE işareti bulunmalıdır. Ambalaj etiketi ambalajdan kolay ayrılmamalıdır.
 4. Teklif edilen antikorlar ek cihaza gerek duymadan oda sıcaklığında uygulanabilmelidir.
 5. Antikorlar insan antijenlerini tanıyabilecek özellikte olmalıdır.
 6. Antikor anti Mouse – Rabbit ve Rat kökenli olmalıdır.
 7. Antikorlar VENTANA BECHMARK XT sisteminde insan dokusunda kullanılabilir formda olmalıdır.
 8. İstekli teklif ettiği antikoru marka, model, klonu, ön işlem uygulaması, kullanılması, bilgilerini ihale dosyasında liste halinde sunmalı veya birim fiyat teklif cetvelinde belirtmelidir.
 9. Patoloji laboratuvarına ulaşana dek soğuk zincirin kırılmaması gerekmektedir.
 10. İstendiği takdirde numune primer antikoru ve pozitif kontrol doku örnekleri istekli tarafından temin edilecektir.
 11. Saklama koşulları +2-8 C özellikte olmalıdır.
 12. Antikorların kurumumuza teslimi esnasında en az 12 ay kullanım süresi bulunmalıdır.
 13. Teklif verilen tüm antikorlara ait orijinal datasheetler teslimat sırasında muayene kabul komisyonuna veya laboratuvara teslim edilecektir.
 14. İstekli teklif ettiği tüm antikorlar için orijinal katalog ve datasheet sunacak, antikorlar katalogda ürünün sayfası işaretlenerek belirtilecektir. Ayrıca verilecek datasheetlerin üzerine ürünün ihale sıra numarası yazılacaktır.
 15. İstekli firma antikorlar için numune vermeyecektir. Ancak, katalog ve datasheet değerlendirmesi dışında gerekli görülen kalemler için numune istenebilir. Numune laboratuvar şartlarında denenerek uygun olup olmadığına karar verilecektir.
 16. İstekli aşağıda belirtilen durumlara ilişkin teslimat sırasında muayene kabul komisyonuna taahhütname sunacaktır.
 - a. İstekli pozitif kontrolde çalışmayan primer antikorlar için teknik destek verecektir. Teknik desteğe rağmen antikoru çalışmaması durumunda istekli, primer antikoru 3 hafta içerisinde yenisi ile değiştireceğine,
 - b. İstekli uygun koşullarda saklanmasına rağmen bozulan reaktifleri ispatlandığı takdirde değiştireceğine,
 - c. Malzemelerin tümü teslim edildikten sonra numune ile uyumsuz olup, teknik şartnameye uygun olmayan sorunlar yaşanır, katalog veya numuneden farklı ve istenmeyen özellikler saptanırsa, ürün bozuk çıkar veya alımından sonra kullanıcı hatası dışında bozulursa ve yaşanan problem çözülmezse istekli ürünü değiştireceğine ve uygun ürünü temin edeceğine,
- dair taahhütname yazılı olarak teslim edecektir.

Uzm. Dr. Yılmaz YILDIZ
M. Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesi
Tıbbi Patoloji
Diploma Tescil No : 128827
Uzmanlık Tescil No: 103366

KAPAKLI PLASTİK DOKU TAKİP KASETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Patoloji laboratuvarında biyopsi örneklerinin Doku Takip Cihazında takibine yönelik olmalıdır.
2. Cihaz içindeki formol, ksilol, parafin gibi kimyasal maddelere dayanıklı olmalıdır.
3. Kasetin alışımında kullanılan ham maddenin yumuşaklık ve sertlik kıvamı kapağın kapanmasına engel olmamalıdır.
4. Kapak kapatıldığı zaman kapağın kapanma yönünde gerilme ve kırılma olmamalıdır.
5. Doku takip kasetinin ön yüzünde karakter yazılım alanı olmalıdır.
6. Doku takip kasetine kurşun kalem ile yazılan karakterler takip sonrası silinmemelidir.
7. Doku takip kasetinin ölçüleri uluslararası standartlara uygun olmalıdır.
8. Teklif veren firma ihale esnasında 20 adet numune teslim edecek ve deneme sonrası karar verilecektir.
9. Hastanelerimizde kullanılan kaset printer cihazlarına uygun ölçü ve yapıda olmalıdır.
10. İstekli teklif ettiği ürünün marka ve modelini, kullanılması, bilgilerini, vb. ihale dosyasında liste halinde sunmalı veya birim fiyat teklif cetvelinde belirtmelidir.
11. İhale esnasında sunulan marka, model ve numuneye uygun teslimat yapılacaktır. Farklı ürünler kabul edilmeyecektir.

Uzm. Dr. Yılmaz YILDIZ
M. Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesi
Tıbbi Patoloji
Diploma Tescil No : 128827
Uzmanlık Tescil No: 103368