

İNCE PROFİLLİ BALON DİLATASYON KATATERİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Balon katateri semi-compliant özelliğinde ve hidrofilik olmalıdır.
2. Balon katateri distal şaft kalınlığı proksimalde en çok 2.1 Fr., distalde ise en çok 2.4 Fr. olmalıdır.
3. 3.0mm Balon katateri lezyon giriş profili en çok 0.016'' lezyon geçiş profili 0.021'' olmalıdır.
4. Balon katateri lezyondan rahat geçiş sağlanabilmesi için Pebax malzemesinden imal edilmiş olmalıdır.
5. Balon katateri 1.20 mm-1.50 mm-2.0mm-2.25mm-2.50mm-2.75mm-3.0mm-3.25mm-3.75mm-4.0mm-4.5mm-5.0mm çap ve 6-8-12-15-20-25-30 mm uzunluğunda olmalı ve 5F, 6F, 7F guiding kateter ile kullanılabilmelidir.
6. Balon katateri üzerinde tek *fleksibl TUNGSTEN radiopak marker* bulunmalıdır.
7. Balon katateri şaftı içindeki tel geçiş lümen çepri lezyondan geçişi kolaylaştırmak ve sürtünmeyi azaltmak için JET coating ile kaplanmış olmalıdır.
8. Balon katateri nominal basıncı 8 bar, rated burst basıncı en az 14 bar olmalıdır.
9. Balon katateri 140 - 145 cm şaft uzunluklarına sahip olmalıdır.
10. Ambalaj üzerinde Lot numarası ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.
11. Ürünler en az 2 (iki) yıl miatla teslim edilecektir. Son kullanma tarihi yaklaşan ürünlerin, hastane tarafından en az 1 ay öncesinden bildirilmek şartıyla, yüklenici firma tarafından ücretsiz olarak değiştirileceği taahhüt edilecektir.
12. İhaleden en geç 1gün önce 2 adet numune bölüme teslim tutanağı karşısında teslim edilecek, ihale sürecinde bölüm tarafından kullanılıp değerlendirilecek, kullanılan geri iade edilmeyecek, uygun olmayan malzeme değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Op. Dr. Bedri Caner KAYA
Sanliurfa Mehmet Akif Inan Eğitim ve
Araştırma Hastanesi
Kardiyoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 100723

Mustafa NGÖRAY
Sanliurfa Mehmet Akif Inan Eğitim ve
Araştırma Hastanesi
Dip. Tes. No: 91379

Uz. Dr. İbrahim Hakkı İZZET
Ufuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Kardiyoloji Uzmanı
Dip. No: 2872039

Uzm. Dr. Sami SİNGAN
Sanliurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Kardiyoloji Uzmanı
Tescil No: 102929 - Dip.No: 12202

Uz. Dr. Ahmet GÜNEŞ
Sanliurfa Mehmet Akif Inan Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Kardiyoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 91650