

SİLİKON KAPI CONTA SPREY ŞARTNAMESİ

- 1) SPREY OTOKLAV İÇİN KULLANILABİLİR OLMALIDIR.
- 2) EN AZ 180 DERECE ISIYA DAYANIKLI OLMALIDIR.
- 3) RENKSİZ VE ŞEFFAF OLMALIDIR.
- 4) 400-650 ML ARASI OLMALIDIR.
- 5) ANTI – STATİK ÖZELLİKTE OLMALIDIR.
- 6) SIKILAN YÜZEY ÜZERİNDE KAYGANLAŞTIRICI ÖZELLİĞİ UZUN SÜRE KALICI OLMALIDIR.
- 7) OTOKLAV KAPI CONTASININ ELASTİĞİ ÖZELLİĞİNİ BOZMAMALIDIR.
- 8) NUMUNE DEĞERLENDİRİLECEKTİR.
- 9) CE BELGESİ OLMALIDIR.

Op.Dr. Yıldıray DADUK
Saniurfa M. Akif İnan
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Genel Cerrahi Uzmanı
Dip. No: 2410A/27579