

DOKU TAKİP CİHAZI GÖBEK CONTASİTEKNİK ŞARTNAMESİ

(REMOVABLE SEAL HOUSING)

1. Parça, Thermo Shandon marka EXCELSIOR ES model doku takip cihazıyla uyumlu olmalıdır.
2. Conta yuvarlak olmalıdır. Haznenin içine takıldıktan sonra sızdırma olmamalıdır.
3. 4 tane vida girişi olmalıdır.
4. Yedek parçayı takacak olan firmanın ThermoShandon yetki belgesi olması gerekmektedir.

DOKU TAKİP CİHAZI HAZNE CONTASİTEKNİK ŞARTNAMESİ

(CHAMBER SEAL KIT)

1. Parça, ThermoShandonmarka EXCELSIOR ES model doku takip cihazıyla uyumlu olmalıdır.
2. Yuvarlak olmalıdır.
3. Reaction tankına uyumlu olmalıdır.
4. Dış yüzeyi siyah olmalıdır.
5. 70°C ye kadar ısıya dayanıklı olmalıdır.
6. Yedek parçayı takacak olan firmanın ThermoShandon yetki belgesi olması gerekmektedir.

DOKU TAKİP CİHAZI İSTASYON SEÇME CONTASİTEKNİK ŞARTNAMESİ

(VALVE PORT SPIGOT)

1. Parça, ThermoShandonmarka EXCELSIOR ES model doku takip cihazıyla uyumlu olmalıdır.
2. Sıvı geçme özelliği olmalıdır.
3. Sıvıyı çektikten sonra sızdırma yapmamalıdır.
4. 70°C ye kadar ısıya dayanıklı olmalıdır.
5. Reaction tablası girişine uygun olmalıdır.
6. Parçanın üst kısmı plastik alt kısmı paslanmayan maddeden yapılmış olmalıdır.
7. Yedek parçayı takacak olan firmanın ThermoShandon yetki belgesi olması gerekmektedir.

Uzm. Dr. Feriye Erdem KÖMBAK
M. Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesi
Tıbbi Patoloji
Diploma Tescil No: 151218
Uzmanlık Tescil No: 120055

Uz. Dr. F. Zeynep TARIN
Sarıyerde
Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Patoloji Uzmanı
Dipl. Tescil No: 84578