

PERİFERİK SİNİR STİMÜLATÖR KATATERLİ SET TEKNİK ŞARTNAMESİ

TEKNİK ÖZELLİKLER:

1. Ponsiyon kanülü iğne ucuna kadar özel izole edilmiş ve izolasyon gözle görünür olmalıdır.
2. İğne 18 G ve 50 ±5 mm uzunluğunda enjeksiyon tüplü olmalıdır.
3. İğne ultrason eşliğinde uygulamada verdiği çizgi görüntüsüyle iğnenin ucunun yeri tespit edilebilmeli ve net görünür olmalıdır.
4. Kanül sinir hasarı oluşturmadan iyi lokalizasyona olanak verebilmeli; kanül ucu atravmatik olmalı ve cilt girişi rahat olmalıdır.
5. Set içinde kontinü blok için katater içermelidir. Kataterin içinden ilerleyeceği ve enjeksiyon imkanı sağlayan hemostatik valvli ara bağlantısı olmalıdır.
6. Kateter merkezi delikli ve atravmatik olmalıdır.
7. Kateter polyamid, transparan ve radyopak olmalıdır.
8. Teslim tarihinden itibaren en az iki yıl kullanım süresi olmalıdır.
9. Steril olarak kullanıma hazır tekli paketlerde olmalı ve paketler üzerinde ürünün sterilizasyon, son kullanma tarihi ve lot numarası olmalıdır.

KABUL VE KONTROL:

- a. Satın alma kararı verilmeden önce numune değerlendirilmesi yapılacaktır. İstenilen numuneyi süresinde teslim etmeyen veya teslim ettikleri numuneler uygun bulunmayan isteklilerin o kalem için verdikleri teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- b. Teknik özellikleri taşımayan ürünler kabul edilmeyecektir.
- c. Bu şartnamede belirtilmeyen hükümler konusunda varsa idari şartname hükümleri geçerlidir.

Uzm. Dr. Hasan Basri BAHCIVAN
I. Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hast.
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzm.
Dip. Tesc. No: 106543

Uzm. Dr. Ercan SİYAHKOCU
I. Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hast.
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı
Dip. Tesc. No: 136472 - 106543

Uzm. Dr. Fatih ÇİFTÇİ
I. Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastane
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı
Dip. Tesc. No: 10395/12042