

## EL ANTİSEPTİĞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Solüsyon, hijyenik ve cerrahi olarak ellerde patojen mikroorganizmalara (Tbc dahil bakteriler, mantarlar, Rota virüsü, HBV, AIDS ajanları ve Herpes dahil virüslere) karşı etkin olmalıdır. Bu etkinlik raporları ihale dosyasında bulunmalıdır.
2. El ve cilt antiseptik solüsyonu T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık hizmetleri Genel Müdürlüğüne verilmiş Biosidal Ürün Ruhsatnamesi'ne haiz olmalıdır, bu belge ihale dosyasında bulunmalıdır.
3. Sistemik dolaşıma geçmeyecek etken maddeler içermeli, en az %60 oranında 2-propanal, n-propanal, izopropanal, etanol veya bunların birden fazla kombinasyonunu içermeli, phenol ve türevlerini içermemelidir. Ürünün pH'sı 5.5-6.5 olmalıdır.
4. İyotlu maddeler gibi sonradan toksik etki gösteren maddeler içermemelidir.
5. Ürün kullanıma hazır olmalı, seyreltilmeden kullanılmalı, 1L 'lik ambalajlarda olmalıdır.
6. Solüsyon, bütün fonksiyonel birimlerde; Ameliyathanelerde Cerrahi El Antiseptiği olarak Yoğun bakım, bebek odası, poliklinikler ve ambulanslarda hijyenik el antiseptiği olarak kullanılabilir ve bu özellikleri akredite olmuş kurumlar tarafından onaylı olmalıdır. Yerli ürünler için ülkemizde bulunan Üniversite Laboratuvarlarından alınmış mikrobiyolojik raporları olmalıdır. Bu belgeler ihale dosyasında bulunmalıdır.
7. Kısa sürede etki etmelidir.
8. Cilt tarafından iyi tolere edilebilmeli, sıklıkla dezenfekte edilmesi gereken eller için uygun olmalı ve cildin kurumasını engelleyici gliserol gibi nemlendirici özellikte yardımcı maddeler içermelidir.
9. Her 1 L'lik ürünün beraberinde pompası verilmelidir..
10. Ürün 1 litrelik orjinal PVC içermeyen HDPE ambalajlarda olmalıdır. Solüsyonun özelliğini bozacak şekilde ışık geçirecek nitelikte saydam kaplarda olmamalı, kaplar hastanemizde mevcut olan duvar aplikatörlerine uygun olmalıdır.
11. Ürün üzerinde formülasyonu, kullanım şekli, lot numarası, üretim ve son kullanma tarihleri açıkça belirtilmiş Türkçe etiketi olmalıdır. Uyarı işaretleri etiket üzerinde gösterilmiş olmalıdır.
12. Numune değerlendirildikten sonra karar verilecektir.

Sanitasyon ve Hijyen Kurumu  
Enfeksiyon Kontrol Komisyonu  
Dip. Tes. No: 81901  
KARADAG  
Kil. Mik.  
İstanbul

Çiğdem AYALP  
Enfeksiyon Kontrol Komisyonu Başkanı