

TEKNİK ŞARTNAME

- 1- PERİYODİK BAKIM ÜRETİCİ FİRMA STANDARTLARINA UYGUN OLARAK YAPILACAKTIR.
- 2- 3 ADET POMPA MEVCUT OLUP CİHAZLAR BİRER BİRER BAKIMA ALINACAKTIR.
- 3- SİSTEMİN İŞLEYİŞİNİ AKSATMADAN BAKIMLAR YAPILACAKTIR.
- 4- BAKIM İDARENİN BELİRLLEDİĞİ GÜN VE SAATLERDE YAPILACAKTIR.
- 5- PERİYODİK BAKIMDA TÜM ELEKTRİK SİSTEMİ KONTROL EDİLECEKTİR.
- 6- PİSLİK TUTUCULAR TEMİZLENECEKTİR.
- 7- POMPALARIN DIŞ YÜZEYİ ÖZEL DEZENFEKSİYONLA TEMİZLENECEKTİR.
- 8- NAKLİYE, PERİYODİK BAKIMDA DEĞİŞECEK ÖMÜRLÜ MALZEMELER VE FİTTİNG MALZELELER YÜKLENİCİYE AİTTİR.
- 9- YAĞ DEĞİŞİMİNDE ESKİ MEVCUT OLAN YAĞ TAMAMEN BOŞALTILDIKTAN SONRA YENİSİ KONULACAKTIR.
- 10- ESKİ YAĞ DAHİL OLMAK ÜZERE TÜM ÖMÜRLÜ MALZEMELER TUTANAK KARŞILIĞI HASTANE İDARESİNİN BELİRLLEDİĞİ PERSONELİNE TESLİM EDİLECEKTİR.
- 11- İŞ BİTİMİ SONRASI YEDEK OLARAK 5 LT YENİ MOTOR YAĞI OKSİJEN BİRİMİ PERSONELİNE TESLİM EDİLECEKTİR.
- 12- PERİYODİK BAKIMDA DEĞİŞMESİ GEREKEN YEDEK PARÇA VE ÖMÜRLÜ MALZEMELER:
 - MOTOR YAĞI
 - BAKTERİ FİLTRESİ
 - YAĞ SEPERETÖRÜ OLUP BECKEER VAKKUM POMPALARINA UYUMLU VE ORJİNAL OLACAKTIR.


Eyyüp Sabri BİNER
Ş.Urfa N. MiflîNAN Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Elektrik Teknikeri


Nuri RÜZGAR
Ş.Urfa N. MiflîNAN Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Elektrik Teknikeri