

CR SİSTEMİ RÖNTGEN KASETİ VE FOSFOR PLAKA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-KASET VE FOSFOR PLAKALAR HASTANEMİZDE KULLANILAN AGFA CR 85-X MODEL CR SİSTEMİNE UYGUN OLMALIDIR.

2-KASETLER KİLİT SİSTEMİNE SAHİP OLMALIDIR.

3-KASETLERİN KÖŞELERİ DARBELERE KARŞI DARBE EMİCİ KORUYUCUYA SAHİP OLMALIDIR.

4-KASETLER 35X43 EBATLARINDA VE RÖNTGEN ÇEKİMLERİNDE KULLANILMAYA UYGUN OLMALIDIR.

5-FOSFOR PLAKALAR TARANDIKTAN SONRA KASET İÇİNE OTOMATİK OLARAK MYERLEŞTİRİLMELİDİR.

6-KASETLERİN ANTI STATİK İÇ YAPISI OLMALIDIR.KASETLER ORTAMDAKİ X İŞİNİ SAÇILMALARINA KARŞI KURŞUN KORUMALI OLMALIDIR.

Uzm.Dr. Mehmet İNTRABAŞI
Radyoloji Uzmanı
S.Ürta M.İ.İ.İ.İ.İ.İ. Hastanesi
Diyadin No...110800