

ŞARTNAME

- 1)Efor kağıdı hastanemizde kullanılan CS200 SCHILLER marka efor cihazına uygun olacaktır.
- 2)Efor kağıdı ürün kalite standartlarına uygun olmalıdır.
- 3)Birinci kalite kağıt olmalıdır.
- 4)Efor kağıdı 21X28 ebadında olmalıdır.
- 5)Her paketin içinde 200 adet sayfa olmalıdır.
- 6)Ürün numunesi görüldükten sonra değerlendirme yapılacaktır.

Elife KARTAL
Sorumlu Hemşire