

## EMG GİRİŞ KUTU (JUNCTION BOX) KABLO ŞARTNAMESİ

1. Kablo Nihon Kohden marka MEB-9400K model EMG cihazına uyumlu ve orijinal olacaktır.
2. Kablo izolasyonu elastik yapıya sahip olmalıdır.
3. Nakliye yükleniciye aittir.
4. Teklifte birlikte yüklenici firma, üretici firmadan alınmış olan yedek parça satış yetki belgesini de sunacaktır.

Uzm.Dr. Ahmet Candan RÖYLÜOĞLU  
Şanlıurfa Mehmet Akif İnan  
Eğitim ve Araştırma Hastanesi  
Nöroloji Uzmanı  
Dip. Tescil No: 103446 / 115004

Uzm.Dr. Ahmet Candan RÖYLÜOĞLU  
Şanlıurfa Mehmet Akif İnan  
Eğitim ve Araştırma Hastanesi  
Nöroloji Uzmanı  
Dip. Tescil No: 103446 / 115004